



Türkiye

# Uygunluk Sertifikası

Sertifika No : Z-IS-TGK-IST-19-07-5010011896-19-IS-389a-34-B-03-TR

Kullanıcı : NORM Bağlantı ve Tesbit Elemanları San. Tic. Ltd. Şti.  
Hadımköy- İstanbul /TURKEY

Ekipman Tanımı : Load Cell li Hidrolik Çekme Test Cihazı

Model & Tip ve Kapasitesi : TESLA Universal Test Machine 100 kN

İmalatçı : LABORATUVAR HASTANESİ

Seri No : 00427

İmalat Yılı : 10/03/2019

Hassasiyet : 0,001 kN

Kalibrasyon No / Tarihi : 19-E08068 ---- 07.05.2019

Kalibrasyonu Yapan : Türkak Akreditasyonlu Emre Kalibrasyon Merkezi

Ölçüm Belirsizliği : %0,23

Kontrol Tarihi ve Yeri : 04.07.2019  
Norm Bağlantı Ltd. Şti.- Hadımköy- İstanbul /TURKEY

Test Standartı : Müşteri İsteği

Sonuç :

Yukarıda özellikleri verilen Çekme Test Cihazının yıllık kalibrasyonunun yapıldığı ve çekme testi yapımına uygun olduğu görülmüştür.  
Bu sertifika Norm Bağlantı ve Tesbit Elemanları San. Tic. Ltd. Şti. nin isteği üzerine düzenlenmiştir.

Bu sertifika 03 Temmuz 2022 tarihine kadar geçerlidir

Kayıt No: 19-SER-1585-IS\_TP

İstanbul, 04.07.2019

  
TÜV SÜD TÜRKİYE

Niyazi ALTUN