



Türkiye

Uygunluk Sertifikası

Sertifika No : Z-IS-TGK-IST-25-07-5010011896-25-IS-0466a-34-T-03-TR

Kullanıcı : NORM Bağlantı ve Tesbit Elemanları San. Tic. Ltd. Şti.
Hadımköy- Arnavutköy - İstanbul / TÜRKİYE

Ekipman Tanımı : Load Cell li Hidrolik Çekme Test Cihazı

Model & Tip ve Kapasitesi : Universal Test Machine 2022 50 kN

İmalatçı : MICROANALİZ

Seri No : 170900143

Hassasiyet : 0,001 kN

Kalibrasyon No / Tarihi : 0759.NOR.01 - 27.02.2025

Kalibrasyonu Yapan : Türkak Akreditasyonlu
Emis Kalibrasyon ve Ölçüm Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.

Ölçüm Belirsizliği : %0,21

Kontrol Tarihi ve Yeri : 03.07.2025
Norm Bağlantı Ltd. Şti.- Hadımköy-Arnavutköy-İstanbul/TÜRKİYE

Test Standartı : Müşteri İsteği

Sonuç :

Yukarıda özellikleri verilen Çekme Test Cihazının yıllık kalibrasyonunun yapıldığı ve çekme testi yapımına uygun olduğu görülmüştür.
Bu sertifika Norm Bağlantı ve Tesbit Elemanları San. Tic. Ltd. Şti. nin isteği üzerine düzenlenmiştir.

3 yıllık sertifika süresi ara denetimler yapılmak kaydıyla geçerlidir.
Sertifika istendiğinde veya talep edildiğinde yenilenebilir

Bu sertifika 02 Temmuz 2028 tarihine kadar geçerlidir.

Kayıt No: 25-SER-03360-IS_TP

İstanbul, 04.07.2025

TÜV SÜD TÜRKİYE

Ayşegül ALKAN



BESCHEINIGUNG • ATTESTATION • 证明书 • СВИДЕТЕЛЬСТВО • CONSTANCIA • ATTESTAZIONE