



Türkiye

Test Equipment Conformance Certificate

Çekme Testi Cihazı Uygunluk Sertifikası

User / Kullanıcı Tic. Ltd. Şti.	:	NORM Bağlantı ve Tespit Elemanları San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Project No / Proje No	:	16-IS-0684-34-B
Manufacturer / imalatçı	:	NORT PNÖMATİK HİDROLİK / PULSE Bayrampaşa - İstanbul - TURKEY
Product / Ürün	:	Load Cell'li Hidrolik Çekme Testi Cihazı
Serial No / Seri Numarası	:	S2 7058
Type / Tip	:	ST-5M / HGX-1000
Max. Capacity Max. Kapasite	:	35 kN
Sensitivity Hassasiyet	:	0,005 kN
Manufacturing year İmalat Yılı	:	2010
Calibration No Kalibrasyon No	:	15-E19128
Calibrated By Kalibre Eden	:	Emre Kalibrasyon Merkezi
Measuring Uncertainty Ölçüm Belirsizliği	:	% 0,33

It was observed that the tensile test machine mentioned above was calibrated and found to be satisfactory for performing tensile test.

This certificate was issued upon the request of NORM Pipe Clamps and Fixing Elements Industry & Trading Ltd. Co.

Yukarıda özellikleri belirtilen çekme testi cihazının kalibrasyonunun yapıldığı ve çekme testi yapımına uygun olduğu görülmüştür.

Bu sertifika NORM Bağlantı ve Tespit Elemanları San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin isteği üzerine verilmiştir.

Certification Date / Sertifika Tarihi : 20.07.2016
Valid Till / Geçerlilik Tarihi : 19.07.2019

Approved / Hakim ÖZLÜK
Onaylayan

