TÜV SÜD Türkiye

# Uygunluk Sertifikası

| | |
|---|---|
| **Sertifika No** | **: Z-IS-TGK-IST-22-06-5010011896-22-IS-0315-34-G-03-TR** |
| **Kullanıcı** | **: NORM Bağlantı ve Tesbit Elemanları San. Tic. Ltd. Şti. Hadımköy- Arnavutköy - İstanbul / TÜRKİYE** |
| **Ekipman Tanımı** | **: Load Cell li Hidrolik Çekme Test Cihazı** |
| **Model & Tip ve Kapasitesi** | **: TESLA Universal Test Machine 100 kN** |
| **İmalatçı** | **: LABORATUVAR HASTANESİ** |
| **Seri No** | : 00427 |
| **İmalat Yılı** | : 10/03/2019 |
| **Hassasiyet** | : 0,001 kN |
| **Kalibrasyon No / Tarihi** | : 21-E07237 - 16.06.2021 |
| **Kalibrasyonu Yapan** | : Türkak Akreditasyonlu Emre Kalibrasyon Merkezi |
| **Ölçüm Belirsizliği** | : %0,18 |
| **Kontrol Tarihi ve Yeri** | : 02.06.2022<br>Norm Bağlantı Ltd. Şti.- Hadımköy-Arnavutköy-İstanbul/TÜRKİYE |
| **Test Standartı** | : Müşteri İsteği |

**Sonuç:**
Yukarıda özellikleri verilen Çekme Test Cihazının yıllık kalibrasyonunun yapıldığı ve çekme testi yapımına uygun olduğu görülmüştür.
Bu sertifika Norm Bağlantı ve Tesbit Elemanları San. Tic. Ltd. Şti. nin isteği üzerine düzenlenmiştir.

3 yıllık sertifika süresi ara denetimler yapılmak kaydıyla geçerlidir.
Sertifika istendiğinde veya talep edildiğinde yenilenebilir

**Bu sertifika 03 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerlidir**

**Kayıt No: 22-SER-2398-IS_TP**

**TRQIS-21/28050**

**Istanbul, 06.06.2022**

**TÜV SÜD TÜRKİYE**

**Niyazi ALTUN**

TÜV SÜD Türkiye • Ayazağa Mh. • Mimar Sinan Sk. • No.21 Kat.1 Seba Ofis Bulvar B Blok • 34485 Sarıyer • İstanbul • Türkiye TÜV®

BESCHEINIGUNG ◆ ATTESTATION ◆ 证明书 ◆ СВИДЕТЕЛЬСТВО ◆ CONSTANCIA ◆ ATTESTAZIONE